



MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

Pregão Eletrônico
Nº 38/2023
Processo Administrativo
Nº 324/2023

INTERESSADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LEANDRO MOREIRA DOS REIS

Objeto

Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho.

Prazo de Entrega: (30 Dias);

Previsão Contratual: 12 Meses;


Critério de Avaliação: Menor Preço, Por lote;

Valor Máximo: R\$ 48.368,00 (Quarenta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais).

ENCAMINHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RÚBRICA		DATA	UNIDADE	RÚBRICA
1				1			
2				2			
3							
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			

VOLUME II



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 24912303000149

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA**

CNPJ: **24.912.303/0001-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA**, CNPJ 24.912.303/0001-49, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 12h49min06 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: ZAAC.RYSL.5UDL.QWL6

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

I<BRA060729994<909<<<<<<<<<<
9602131M3203293BRA<<<<<<<<<O
MARCUS<<VINIC<RIBEIRO<DE<SOUZA



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **087.003.519-38**

Nome: **MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA**

Data de Nascimento: **13/02/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/04/2009**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:48:59** do dia **17/10/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8AD8.CFFE.0B4C.1974**



Este documento não substitui o “Comprovante de Inscrição no CPF”.

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE IBAÍ

Estado do Paraná
CNPJ 80.617.319/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍ, inscrito no CNPJ sob número 09.421.426/0001/93, situado à Rua Francisco de Oliveira, 692, Centro, Ibaí, Estado do Paraná, ATESTA para os devidos fins que a empresa **MV RIBEIRO DE SOUZA COM. ATACADISTA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.912.303/0001-49, com sede na cidade de Cambé / PR, na Rua Paulo Brugin, 261b, forneceu a esta Fundação Hospitalar de Saúde Municipal, Materiais e Equipamentos Hospitalares.

Atestamos que tais atendimentos foram prestados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade para com as obrigações assumidas.

Ibaí (PR), 27 de fevereiro de 2023.

Robson da Silva Reis
Presidente da FHSMI
Port. 006 de 04 de Janeiro de 2021

ROBSON DA SILVA REIS
PRESIDENTE DA FHSMI

80.617.319/0001-0

Fundação Hospitalar de
Saúde Municipal de Ibaí

Rua Francisco de Oliveira 692, Centro
CEP 84.900-000 - IBAÍ, PR


M V RIBEIRO DE
SOUZA COMERCIO
ATACADISTA:2491230
3000149

Assinado de forma digital por M
V RIBEIRO DE SOUZA COMERCIO
ATACADISTA:24912303000149
Dados: 2023.02.27 15:27:09
-03'00"

(43) 3546-7350

Rua Francisco de Oliveira, 692 – 84.900-000 – Ibaí – PR





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **83b4ffde8282ff0bf7a766d8ed86d4423b379796bb4799a55ab8a4544b0a3bab** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **122511** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**atestado**", cujo assunto é descrito como "**atestado**", faz prova de que em **21/03/2023 10:36:58**, o responsável **J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME (84.972.926/0001-39)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/03/2023 10:48:04** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdd772ecd86db38e3f5b8b5a733b4feb48054aad7f97251df93ad063d4bffd04f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Palmitinho



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.912.303/0001-49, com sede na Rua Paulo Brugin, Nº 251-B - Jd Bela Suíça, CEP 86189-378, Cambé/PR, prestou para a Prefeitura de Palmitinho/RS, o fornecimento de equipamentos odontológicos.

Atestamos ainda, que os produtos primam pela alta qualidade, com pontualidade e dentro das especificações solicitadas, obedecendo e horando rigorosamente todos os compromissos contratuais assumidos, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

E, por ser expressão da verdade, assino o presente.

Palmitinho/RS, 12 de julho de 2023

GEFERSON PIAIA ESPANHOL

Chefe do Setor de Licitação



Recebemos de M. V. RIBEIRO DE SOUZA - COMERCIO ATACADISTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE PALMITINHO - RUA SANTOS DUMONT, 00025 - CENTRO - PALMITINHO - RS.
Emissão: 29/05/2023 Valor Total: R\$ 11.000,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**M. V. RIBEIRO DE SOUZA -
COMERCIO ATACADISTA**

RUA RIO IGUAÇU, 00460
JARDIM SANTO AMARO - CAMBE - PR
Fone: CEP: 86185-090

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.097
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0524 9123 0300 0149 5500 1000 0000 9717 7442 5026

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230136471327 29/05/2023 16:21:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9079288028

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.912.303/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PALMITINHO

CNPJ / CPF

87.612.909/0001-89

DATA DA EMISSÃO

29/05/2023

ENDEREÇO

RUA SANTOS DUMONT, 00025 PREDIO 1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98430-000

DATA DA SAÍDA

29/05/2023

MUNICÍPIO

PALMITINHO

UF

RS

TELEFONE / FAX

(55)3791-1123

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS		0 - REMETENTE				48.740.351/0024-51
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JOSE CARLOS MUFATTO, 01924		CAMBE		PR	9031855206	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	caixas			55,00	55,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000259	APARELHO DE RAIO X	90221390	0102	6102	UN	1,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 2886/2023 - ORDEM DE COMPRA 1671/2023 - LICITACAO 9/2023 - PROCESSO 33/2023 - CONTRATO 84/2023- LOCAL DE ENTREGA: POSTO DE SAUDE RUA SANTOS DUMONT N 25 PREDIO 1 - CENTRO - PALMITINHO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS DADOS BANCARIOS : BANCO SICOOB AG 4355 - CONTA 43212-1 Valor aproximado dos tributos Federal, Estadual e Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Data da consulta: 01/11/2023 11:49:28



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.912.303/0001-49**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/06/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Departamento de Licitação e Contratos

Ibaí – Paraná

Pregão, NA FORMA ELETRÔNICA: Nº 38/2023-PMI

Processo Administrativo nº 324/2023

DADOS DA EMPRESA:		
Empresa: M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Endereço: RUA: PAULO BRUGIN, 251b– JD. BELA SUÍÇA - CAMBÉ/PR. – CEP: 86.189-378	
CNPJ: 24.912.303/0001-49	IE.: 90792880-28	
Banco: BANCO SICOOB	Agência: 4355	C/C: 43.212-1
Fone: (43) 3154-0748	E-mails: mvratacadista@gmail.com	

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:		
Nome: MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	RG nº: 12.357.735-3	CPF nº: 087.003.519-38
Cargo/Função: DIRETOR	Fone: (43) 3154-0748	

PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Item	Nome do equipamento	Marca	Quant	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato desódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojadom montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e paínel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspições da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água	ORTUS BIOSCALER	1,00	UN	2.996,00	2.996,00

M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49– IE 90792880-28

RUA PAULO BRUGIN, Nº 251b – FONE/FAX: (43) 3154-0748 - JD BELA SUÍÇA – CAMBÉ – PARANÁ

Emails: mvratacadista@gmail.com

	Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scaling) para modelos Jet Sonic B.P/Utrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulagem exata da potência ultrasonic, adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acesso, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato om um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças demão do ultrassom edo jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com liquido antisséptico, água, soro ou similares O sistema peristáltico tem a função de pulsar o liquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação deamalgama- condensação deinlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas principio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado devibrações físicas de particulas de matéria, similares às ondas sonoras, com frequência superior ao nível de percepção humana, que produzem frequência até 30.000 vibrações por segundo; Altura com as canetas 12,9 cm , largura 21,8 cm Comprimento 22,0 cm , peso (kg) 3,90 voltagem (vac) bivolt - 127/220 v.					
2	BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.	PRISMA	1,00	UNID	R\$ 514,00	R\$ 514,00
3	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg; Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos, - Tensão: bivolt (127/220v) - Motor 1 hp	CAPELLARO MMC7	1,00	UNID	5.276,00	5.276,00
4	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V	FIAC F. ZERO XS45V	1,00	UNID	4.196,67	4.196,67
5	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal	SANTARÉM PHOENIX I	1,00	UND	31.772,53	31.772,53

PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-reductor. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação Bi Volt Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro - Equipos Composição: -Seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. Caixa de ligação -Construída em ABS Corpo do equipo -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa triplice. Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do fluxo de água Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira localizado na lateral da unidade de água.					
---	--	--	--	--	--

	Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira, Equipo, Refletor e Unidade de Água Refletor					
6	Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco. - estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha , ponteiros cromados e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido. Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada	DEKI	1,00	UNID	R\$ 1.491,70	R\$ 1.491,70
7	MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico ergonômico: - estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com apoio de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon. Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.	PRIMAX	1,00	UNID	568,25	568,25
8	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.	OURO VERDE OV.783 / 1 CORPO	1,00	UNID	499,50	499,50
9	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel : - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va Nº defases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm	PRO-X STANDARD	1,00	UNID	6.725,00	6.725,00

Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16º Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim Cálculo de dose: sim Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.					
TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 54.039,65 (CINQUENTA E QUATRO MIL TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)					R\$ 54.039,65

Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento, inclusive o seu manuseio e transporte até a sede da CONTRATANTE.

Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Prazo de Garantia: Em conformidade com o contido no edital.

Prazo e Local de Entrega: 30 (Trinta) dias.

Forma de Pagamento: 30 (Trinta) dias.

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias.

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, na presente data, é considerada: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CAMBÉ, 05 DE DEZEMBRO DE 2023.

24.912.303/0001-49

Insc. 90792880-28

M.V. RIBEIRO DE SOUZA
COMÉRCIO ATACADISTA

Marcus Vinicius Ribeiro de Souza

MARCUS
VINICIUS
RIBEIRO DE
SOUZA:087
00351938

Assinado de forma
digital por
MARCUS VINICIUS
RIBEIRO DE
SOUZA:087003519
38
Dados: 2023.12.05
16:57:11 -03'00'


ortus

NOVO BIOSCALER SB

AINDA MELHOR

VANTAGENS:

Ultrassom mais potente:

Maior agilidade e eficiência
na remoção do cálculo;

Painel digital:

Interface amigável;

Estabilizador de frequência:

Máximo rendimento durante
todo o procedimento;

Três funções:



Endo, Perio e Geral;

Ponta do jato:

Não entope;

**Capa do transdutor
e bico profilático:**

removível e autoclavável.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

01 Manual de Instruções do Usuário;

01 Bioscaler SB;

01 Inserto G1;

01 Inserto G2;

01 Inserto G4;

01 Fonte Chaveada;

01 Plug tomada da fonte chaveada;

01 Chave de inserts;

01 Conexões Tee Grossa (kit de instalação);

01 Conexões Tee fina (kit de instalação);

2,5 m de manga dupla PU (Kit de instalação);

06 Abraçadeiras plástica (Kit de instalação);

**BNDES**

Produto certificado
pela IEC-60601;

Bandeja de Coluna Fixa - Prisma





- * Ajuste fácil em várias posições, não permitindo movimentos giratórios, pois está fixa na coluna.
- * Agiliza o acesso a itens auxiliares e suporta 11kg.
- * Área útil 130 x 24 cm e não danifica a pintura da coluna.
- * Bordas salientes para retenção de líquidos.
- * Para colunas com diâmetros.
- * Ø 1 ½" = 38,10 mm.
- * Ø 2" = 50,80 mm.
- * Dimensão: 300mm x 240mm.



Produto auxiliar destinado a acomodar periféricos utilizados pelos profissionais da área de saúde.

Acompanha bandeja, arruelas, calço, parafuso e mancal.

Bomba à Vácuo - MMC



Especificações


Projetada para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral. Equipamento de sucção de alta potência, que absorve com mais eficiência a saliva e resíduos. Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que permite sua operação dia após dia de maneira consistente por muitos anos.

Características Técnicas

MODELOS	MMC1	MMC4	MMC7
Tensão	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)
Corrente	12,5A (127V) / 4,5A (220V)	14A (127V) / 6,2A (220V)	24AA (127V) 10A (220V)
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz
Motor	1/2 Hp	1 Hp	1,5 Hp
Protetor Térmico	Abertura em 130°C	Abertura em 130°C	Abertura em 130°C
Rotação	1.750 RPM	3.500 RPM	3.500 RPM
Comando	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Vácuo Máximo	450 mmHg	640 mmHg	720 mmHg
Vazão Máxima	20L/min	460L/min	520L/min
Consumo de Água	0,3L/min	0,4L/min	0,5L/min
Peso Líquido	13 Kg	16 Kg	18,900 Kg
Peso Bruto	17,200 Kg	19,600 Kg	22,800 Kg

F.ZERO XS 45V

Ficha Técnica



CÓDIGO	8975706121
Deslocamento de ar (PCM - l/min)	10 - 283
Pressão Máx. (PSI - Bar)	120 - 8,3
Volume Reservatório (L)	45
Rotação (RPM)	1750
Potência (HP - kW)	2 - 1,5
Número de Polos	4
Frequência (Hz)	60
Corrente (A)	7,5
Tensão (V)	220
Nível de ruído (dB)	65
Número de cabecotes	1
Diâmetro de saída	5/16"
Peso (kg)	38,5
Dimensões (C-L-A) mm	470 - 450 - 780

F.ZERO XS 45V



Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Code	Type									LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706121	220V	7908198837749	45	283	10	8	120	2	1,5	✓	2	65	470-450-780	38,5

SANTARÉM

Equipamentos

Modelo: PHOENIX I



CADEIRA

- Cadeira automática
- Volta a posição zero, acionada por moto-redutor, que proporciona maior suavidade e estabilidade nos movimentos
- Toda estrutura do conjunto é construída em aço maciço
- Pedal de comando multifuncional com acionamento de todos os comandos
- Base super estável, apoiada sobre debrum de borracha que proporciona proteção e perfeito acabamento
- Encosto de cabeça fixo

EQUIPO CONSTRUÍDO DE FORMA COMPACTA COM:

- 1 seringa triplice
- 1 terminal para baixa rotação
- 1 terminal para alta rotação
- Bandeja de aço inox, removível
- Equipo na versão Cart
- Puxador Lateral

REFLETOR

- Refletor de Led com intensidade de 30.000 lux
- Manopla removível permitindo sua esterilização


UNIDADE DE ÁGUA

- Abertura de 90 graus
- Cuba removível
- 1 sugador venturi
- Registro para água (Abrir / Fechar)

Consultório **Phoenix I**

ANVISA: 81554140002

SANTARÉM
Equipamentos




EQUIPO CART

Equipo CART com 3 terminais, Refletor LED com Manopla Simples, Unidade Suctora com 1 Sugador. Acompanha Mocho de BRINDE.

Consultório **Phoenix II**

ANVISA: 81554140002



EQUIPO BRAÇO HORIZONTAL ACOPLADO

Equipo com 3 terminais, Refletor LED com Manopla Simples, Unidade Suctora com 1 Sugador. Acompanha Mocho de BRINDE.



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto		
Nome da Empresa		Angelo Benedito Marinho Equipamentos - EPP
CNPJ		17.723.828/0001-70
Autorização		8.15.541-4
Produto		CONSULTORIO ODONTOLOGICO PHOENIX


Modelo Produto Médico	
PHOENIX I	
PHOENIX II	
PHOENIX III	
PHOENIX IV	
PHOENIX V	
PHOENIX X	

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual do usuario 08.pdf	2443798216 - 24/06/2021 06:51:38

Nome Técnico		Consultorio Odontologico
Registro		81554140002
Processo		25351330383202041
Fabricante Legal		Angelo Benedito Marinho Equipamentos - EPP
Classificação de Risco		I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro		VIGENTE
Situação		[sem dados cadastrados]
Data de Publicação		[sem dados cadastrados]

 **madeiramadeira**

Para Esteticistas - Gaveteiro Com Rodízios E Abas Dobráveis



Pesos e Dimensões

Altura (cm)	72 cm
Largura (cm)	49 cm
Profundidade (cm)	39 cm

Garantia


Garantia	03 Meses
----------	----------

Materiais e Acabamentos

Material Principal	MDF
--------------------	-----



CADEIRA MOCHO COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO



PARA DENTISTA, TATUADOR E ESTÉTICA EM GERAL

CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA 360 GRAUS

+ AJUSTE ALTURA A GÁS

+ RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA

+ ENCOSTO

ESTRUTURA DA BASE DO MOCHO NA COR PRETA

Tecido Automotivo na Cor Preta e Courvin na Cor Branca

Base em Aço com acabamento em Polipropileno de alta resistência


Diâmetro Assento : 34 cm

Medidas Encosto: 38 cm (L) x 10 cm (A)

Espuma do Assento Injetada de Alta Densidade

Altura Mín.: 44cm (do chão ao assento)

Altura Máx.: 56cm (do chão ao assento)/Peso Máximo: 120 kg



CIRÚRGICA OURO VERDE

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS - EIRELI - EPP

CNPJ 14.308.899/0001-19 INSC. EST. 90572961-67

OV – NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO



Imagem Ilustrativa

- Armação em chapa de aço de 0.80mm de espessura
 - Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme
 - Adaptável para parede
 - Acompanha lâmpada de led
 - 110 ou 220 volts (não selecionável)
 - Acabamento pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso
- Dimensão aproximada: 500 x 350 x 100 mm


Rua Tereza de Souza, 86 - Cj. Res. Dr. Alberto João Zortea

CEP 86042-390 - (43) 3066-3125 - Londrina - PR

cirurgicaouroverde@cirurgicaouroverde.com.br

URA ML. 052 24 DE IL

PRO



ION PRO-X COLUNA MÓVEL
BÁSICO STANDARD

[th]
DESIGN

PRO X

Av. Presidente Vargas, 383 | CEP: 14315-336 | Batatais/SP
✉ comercial@raioxprox.com.br ☎ www.raioxprox.com.br | 16 3761-7410

Descritivo

O equipamento modelo ION PRO-X COLUNA MOVEL PLUS PANTOGRAFICO - contém dois modos de trabalho: com ajuste manual do tempo feito pelo operador ou com tempo predefinido feito automaticamente no micro processador interno do equipamento. O sistema automático contém as seguintes funções: seleção de tipo de filme (digital ou sensor digital), películas tipo F/ED (tipo de paciente (adulto / criança), tipo de tratamento (Maxilar / Mandibular / Biting), tipo de dente (incisivo / canino / pré-molar / molar) tipo de Biting (anterior / posterior). No equipamento contém sistema de compensação de tempo devido à variação de tensão de rede.

Qualidade Radiográfica

Tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado, o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempo de exposições exato.

Proteção Radiológica

Rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação. O Aparelho também está equipado com duplo colimador de chumbo de 1 mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal. Rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação. O Aparelho também está equipado com duplo colimador de chumbo de 1 mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal.

Registro ANVISA

82278250001

Equipamentos

Funcionamento em 127 e 220 volts (conversão manual) e regulador eletrônico de tensão. Comando Eletrônico Digital. Microprocessador Centesimal. Cabeçote de Raio X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado a vácuo, proporcionando uma vida mais longa ao aparelho. Cabo espiralado que permite o disparo em até 5 mts de distância. Articulações com movimento de 360. Pintura com tinta poliuretana propiciando uma melhor harmonia com o conjunto do consultório.


Laudo Radiométrico (Radiação de fuga)

Os equipamentos PRO-X são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto.

Características Técnicas

Rede	127-220 Volts AC
Correntes de uso	12A (127V) 5.5A (220V)
Modelo	70KV
Tempo de exposição	0.07 a 3 seg.
Intensidade de corrente do tubo	8 Ma
Foco	0,8x0,8 mm

Opções de Fixação



Fixo Piso

Coluna Móvel

Fixo Parede





Detalhes do Produto

Nome da Empresa	Cleonice Aparecida Prodossimo de Arruda		
CNPJ	31.922.673/0001-22	Autorização	8.22.782-5
Produto	APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO ION PRO-X		

Modelo Produto Médico

1000 - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD; 1100 - PAREDE BASICO STANDARD; 1200 - FIXO PISO BASICO STANDARD; 1001 - COLUNA MOVEL BASICO PANTOGRAFICO; 1101 - PAREDE BASICO PANTOGRAFICO; 1201 - FIXO PISO BASICO PANTOGRAFICO

1010 - COLUNA MOVEL PLUS STANDARD; 1110 - PAREDE PLUS STANDARD; 1210 - FIXO PISO PLUS STANDARD; 1011 - COLUNA MOVEL PLUS PANTOGRAFICO; 1111 - PAREDE PLUS PANTOGRAFICO; 1211 - FIXO PISO PLUS PANTOGRAFICO


Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

Nome Técnico	Aparelho de Raios X Odontologico
Registro	82278250001
Processo	25351.099495/2023-61
Fabricante Legal	• FABRICANTE: Cleonice Aparecida Prodossimo de Arruda - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	17/04/2033

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)

PRO



ION PRO-X COLUNA MÓVEL
BÁSICO STANDARD

[tin]
DESIGN

PRO X



Av. Presidente Vargas 383 | CEP: 14915-336 | Batatais/SP
✉ comercial@raioxprox.com.br ☎ 16 3761-7410
www.raioxprox.com.br

Descritivo

O equipamento modelo ION PRO-X COLUNA MOVEL PLUS PANTOGRAFICO - contém dois modos de trabalho: com ajuste manual do tempo feito pelo operador ou com tempo prédefinido feito automaticamente no micro processador interno do equipamento. O sistema automático contém as seguintes funções: seleção de tipo de filme (digital ou sensor digital, películas tipo F/E/D), tipo de paciente (adulto / criança), tipo de tratamento (Maxilar / Mandibular / Blewing). Tipo de dente (incisivo / canino / pré-molar / molar), tipo de Bitewing (anterior / posterior). No equipamento contém sistema de compensação de tempo devido à variação de tensão de rede.

Qualidade Radiográfica

Tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado, o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempo de exposições exato.

Proteção Radiológica

Rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação. O Aparelho também está equipado com duplo colimador de chumbo de 1 mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal. Rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação. O Aparelho também está equipado com duplo colimador de chumbo de 1 mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal.

Registro ANVISA

82278250001

Equipamentos

Funcionamento em 127 e 220 volts (conversão manual) e regulador eletrônico de tensão. Comando Eletrônico Digital Microprocessador Centesimal. Cabeçote de Raio X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado à vácuo, proporcionando uma vida mais longa ao aparelho. Cabo espiralado que permite o disparo em até 5 mts de distância. Articulações com movimento de 360. Pintura com tinta poliuretana propiciando uma melhor harmonia com o conjunto do consultório.


Laudo Radiométrico (Radiação de fuga)

Os equipamentos PRO-X são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto.


Características Técnicas

Rede	127-220 Volts AC
Correntes de uso	12A (127V) 5.5A (220V)
Modelo	70KV
Tempo de exposição	0.07 a 3 seg.
Intensidade de corrente do tubo	8 Ma
Foco	0,8x0,8 mm


Opções de Fixação



Fixo Piso



Coluna Móvel




Fixo Parede



URA MUNICIPAL DE I
057


PRO



ION PRO-X COLUNA MÓVEL
BÁSICO STANDARD

[th]
DESIGN

PRO X



AV. Presidente Vargas, 383 | CEP: 14315-336 | Batatais/SP
comercial@raioxprox.com.br | www.raioxprox.com.br | 16 3761-7410

Descritivo

O equipamento modelo ION PRO-X COLUNA MOVEL PLUS PANTOGRAFICO - contém dois modos de trabalho: com ajuste manual do tempo feito pelo operador ou com tempo prédefinido feito automaticamente no micro processador interno do equipamento. O sistema automático contém as seguintes funções: seleção de tipo de filme (digital ou sensor digital, películas tipo F/E/D), tipo de paciente (adulto / criança), tipo de tratamento (Maxilar / Mandíbula / Bitewing). Tipo de dente (incisivo / canino / pré-molar / molar). Tipo de Bitewing (anterior / posterior). No equipamento contém sistema de compensação de tempo devido à variação de tensão de rede.

Qualidade Radiográfica

Tempo de exposição rigidamente controlado por dispositivo eletrônico digital microprocessado, o que permite a obtenção de radiografias com qualidade constante e tempo de exposições exato.

Proteção Radiológica

Rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação. O Aparelho também está equipado com duplo colimador de chumbo de 1 mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal. Rigorosamente controlada e testada, não permite fugas de radiação. O Aparelho também está equipado com duplo colimador de chumbo de 1 mm que direciona os raios para o objetivo radiográfico principal.

Registro ANVISA

82278250001

Equipamentos

Funcionamento em 127 e 220 volts (conversão manual) e regulador eletrônico de tensão. Comando Eletrônico Digital Microprocessador Centesimal. Cabeçote de Raio X com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado a vácuo, proporcionando uma vida mais longa ao aparelho. Cabo espiralado que permite o disparo em até 5 mts de distância. Articulações com movimento de 360. Pintura com tinta poliuretana propiciando uma melhor harmonia com o conjunto do consultório.


Laudo Radiométrico (Radiação de fuga)

Os equipamentos PRO-X são individualmente atestados por um físico credenciado, o laudo técnico acompanha o produto.

Características Técnicas

Rede	127-220 Volts AC
Correntes de uso	12A (127V) 5.5A (220V)
Modelo	70KV
Tempo de exposição	0.07 a 3 seg.
Intensidade de corrente do tubo	8 Ma
Foco	0,8x0,8 mm

Opções de Fixação



Fixo Piso

Coluna Móvel

Fixo Parede





Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto		
Nome da Empresa		ORTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
CNPJ		73.279.044/0001-76
Autorização		8.01.640-3
Produto		BIOSCALER

Modelo Produto Médico	
BIOSCALER CB	
BIOSCALER SB	

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico		Equip.Eliminador do Tartaro Supra e Sub Gengival
Registro		80164030008
Processo		25351158706201590
Fabricante Legal		ORTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
Classificação de Risco		II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro		[sem dados cadastrados]