



MUNICÍPIO DE IBAÍ
ESTADO DO PARANÁ

Pregão Eletrônico
Nº 38/2023
Processo Administrativo
Nº 324/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LEANDRO MOREIRA DOS REIS

Objeto

Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho,;

Prazo de Entrega: (30 Dias);

Previsão Contratual: Até 12 Meses;


Critério de Avaliação: Menor Preço, Por lote;

Valor Máximo: R\$ 54.039,65 (Cinquenta e Quatro Mil e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

ENCAMINHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RÚBRICA		DATA	UNIDADE	RÚBRICA
1				1			
2							
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			

VOLUME I



A/C ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO

Prefeito Municipal de Ibaíti

Memorando interno

Venho, por meio deste, solicitar a abertura de Procedimento Licitatório, Modalidade Pregão Eletrônico, para eventual e futura aquisição dos produtos abaixo descritos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Informo que foram feitas consultas a empresas que atuam no mercado, obtendo-se o valor médio de R\$ 48.368,00 (quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais) conforme abaixo descritos.

Saliento, também, a observação e respeito ao Decreto Municipal 2459 de 06 de junho de 2023, em seus artigos 1º, 2º *caput* e seu parágrafo único.

Item	Descrição sumaria	UNIDADE	Quantidade	Valor médio R\$
1.	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano	Unidade	1,00	48.368,00

injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-redutor. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação BiVolt Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro - Equipos Composição: -Seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. Caixa de ligação -Construída em ABS Corpo do equipo -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa triplice. Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem			
--	--	--	--

	ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do f luxos de água. Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do f luxos de água da cuspideira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. - São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira Equipo Unidade de Água Refletor			
--	--	--	--	--

2

Sem mais para o momento e na expectativa de acolhida, elevo minhas estimas e considerações.

Ibaiti, 10 de agosto de 2023.



Leandro Moreira dos Reis
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ



PORTARIA Nº 020, DE 5 DE JANEIRO DE 2021

Nomeia o Senhor Leandro Moreira dos Reis, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde e de Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Ibaity.

O SENHOR ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que conferem o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica Municipal, de 27.4.1990,

RESOLVE

Art. 1º **NOMEAR** o Senhor **LEANDRO MOREIRA DOS REIS**, portador da CI-RG nº 8.942.612-0 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 047.904.829-01, para exercer o cargo em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**, com direito aos proventos fixados na Lei Complementar nº 581, de 23.12.2009; Lei nº 841, de 28.4.2017 e na Lei nº 1005, de 29.7.2020.



Art. 2º Ao Secretário Municipal de Saúde, caberá ainda, a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI**, conforme o art. 14, da Lei 4.320/64, **sem ônus para a municipalidade**.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (5.1.2021).


ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2021 | EDIÇÃO Nº 1819 | IBAITI, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA 8

MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 020, DE 5 DE JANEIRO DE 2021

Nomeia o Senhor Leandro Moreira dos Reis, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde e de Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Ibaíti.

O SENHOR ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que conferem o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica Municipal, de 27.4.1990,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR o Senhor LEANDRO MOREIRA DOS REIS, portador da CI-RG nº 8.942.612-0 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 047.904.829-01, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, com direito aos proventos fixados na Lei Complementar nº 581, de 23.12.2009; Lei nº 841, de 28.4.2017 e na Lei nº 1005, de 29.7.2020.


Art. 2º Ao Secretário Municipal de Saúde, caberá ainda, a gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI, conforme o art. 14, da Lei 4.320/64, sem ônus para a municipalidade.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (5.1.2021).

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal



Município de Ibaiti
Solicitação 255/2023



Equipiano

Página:1

Solicitação		Emitido em	Quantidade de itens
Número	Tipo		
255	Aquisição de Material	10/08/2023	1
Solicitante		Processo Gerado	
Código	Nome	Número	
71332-5	LEANDRO MOREIRA DOS REIS	323/2023	
Local			
117	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Órgão			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Forma de pagamento		Tipo	
Descrição		Depósito bancário	
até 30 dias após a entrega da NF-e			
Entrega		Prazo	
Local		5 Dias	
Secretaria Municipal de Saúde			

Descrição:

Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho.


Justificativa:

A presente aquisição se faz necessária devido ao fato de que há a construção da Unidade Básica de Saúde João Edmundo de Carvalho, sendo que a mesma se encontra em fase de acabamento e entrega a população. A Unidade contará um consultório odontológico completo para fornecer atendimento à população.

Lote

001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
038548	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO	UND	1,00	48.368,00	48.368,00
	Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno.				
	Acionamentos pelo pedal				
	PT- Programação de trabalho.				
	VZ- Volta zero.				
	SE- Subida e descida do encosto.				
	DE- Descida do encosto.				
	SA- Subida do assento.				
	DA- Descida do assento.				
	AR- Acionamento do refletor.				
	-Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;				
	-Volta automática à posição zero;				
	-Subida e descida do assento e do encosto;				
	-Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos.				
	Articulação central				
	-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.				
	Base				
	- Em aço com tratamento anticorrosivo.				
	Altura do assento em relação ao solo				
	-Mínima de 450 mm.				
	-Máxima de 900 mm.				
	Estofamento				
	-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.				
	Sistema de elevação				
	-Eletromecânico acionado por moto-reductor.				
	Apoio dos braços				
	-Dois braços fixos.				
	Sistema eletrônico integrado.				
	Tensão de alimentação BiVolt				
	Encosto da cabeça				
	-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.				
	Ambidestro				
	- Equipio				
	Composição:				
	-Seringa triplice.				
	-1 terminal com spray para alta rotação.				
	-1 terminal para micromotor pneumático.				
	Braços				
	-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão.				
	Pedal				
	-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.				



Município de Ibaí
Solicitação 255/2023




Página:2

Equipário

Seringa tríplice
-Bico giratório, removível e autoclavável.
Mangueiras
-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
Suporte das pontas
-Com acionamento pneumático individual.
Tampo de inox
-Removível.
Caixa de ligação
-Construída em ABS
Corpo do equipo
-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.
Puxador
-Frontal e central.
Botão de acionamento do fluxo de água da cuba
Reservatório translúcido para:
-Água das peças de mão e seringa tríplice.
Ambidestro
- Unidade de Água
Composição
-1 suctor de saliva a ar.
Sistema pneumático para acionamento automático do suctor
Mangueiras
-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
-Com filtro de detritos e engate rápido.
Cuba
-Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.
Sistema de regulação da vazão da água
-Permite a regulação fina do fluxo de água.
Condutor de água bacia
-Pintado em tinta a pó epóxi.
Estrutura
-Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente
Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira localizado na lateral da unidade de água.
Ambidestro
- Refletor
Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade
Foco de luz retangular
Cabeçote
-Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.
Puxadores
-Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. - São removíveis e autoclaváveis.
-O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional.
Protetor Frontal
-Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.
Composto por:
Cadeira
Equipo
Refletor

Unidade de Água

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0009-2036 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Manutenção de Postos de Saúde - Atenção Básica			
4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR			
03150	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
	Do Exercício	0,50	24.184,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0009-2036 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Manutenção de Postos de Saúde - Atenção Básica			
4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR			
03160	00494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
	Do Exercício	0,50	24.184,00
		0,00	0,00
TOTAL			48.368,00
TOTAL GERAL			48.368,00



Município de Ibaiti
Solicitação 255/2023



Equiplano

Página:3

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

05.001.10.301.0009.2036	48.368,00
Cod 03150 Fonte 00303 G.Fonte E	24.184,00
Cod 03160 Fonte 00494 G.Fonte E	24.184,00

LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Solicitante



Município de Ibaí - 2023

Solicitação 255/2023

Planilha quantitativa



Página 1

Lote

001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
038548	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO	UND	1,00	48.368,00	48.368,00

Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno.

Acionamentos pelo pedal

PT- Programação de trabalho

VZ- Volta zero.

SE- Subida e descida do encosto.

DE- Descida do encosto.

SA- Subida do assento.

DA- Descida do assento.

AR- Acionamento do refletor.

-Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;

-Volta automática à posição zero;

-Subida e descida do assento e do encosto;

-Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos.

Articulação central

-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.

Base

- Em aço com tratamento anticorrosivo.

Altura do assento em relação ao solo

-Mínima de 450 mm.

-Máxima de 900 mm.

Estofamento

-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.

Sistema de elevação

-Eletromecânico acionado por moto-reductor.

Apoio dos braços

-Dois braços fixos.

Sistema eletrônico integrado

Tensão de alimentação BiVot

Encosto da cabeça

-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.

Ambidestro

- Equipos

Composição:

-Seringa triplice.

-1 terminal com spray para alta rotação.

-1 terminal para micromotor pneumático.

Braços

-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão.

Pedal

-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.

Seringa triplice

-Bico giratório, removível e autoclavável.

Mangueiras

-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.

Suporte das pontas

-Com acionamento pneumático individual.

Tampo de inox

-Removível.

Caixa de ligação

-Construída em ABS

Corpo do equipo

-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.

Puxador

-Frontal e central.

Botão de acionamento do fluxo de água da cuba

Reservatório translúcido para:

-Água das peças de mão e seringas triplices.

Ambidestro

- Unidade de Água

Composição

-1 suctor de saliva a ar.

Sistema pneumático para acionamento automático do suctor

Mangueiras

-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.

-Com filtro de detritos e engate rápido.

Cuba

-Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos.

Sistema de regulagem da vazão da água

-Permite a regulagem fina do fluxo de água.

Condutor de água bacia

-Pintado em tinta a pó epóxi.



Município de Ibaiti - 2023

Solicitação 255/2023

Planilha quantitativa



Página:2

Estrutura

-Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente

Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira localizado na lateral da unidade de água.

Ambidestro

- Refletor

Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade

Foco de luz retangular

Cabeçote

-Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.

Puxadores

-Bilaterais em forma de alça -- possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -

São removíveis e autoclaváveis.

-O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional.

Protetor Frontal

-Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.

Composto por:

Cadeira

Equipo

Refletor

Unidade de Água

TOTAL POR LOTE 48.368,00

TOTAL GERAL 48.368,00

TERMO DE REFERENCIA

1. - OBJETO

Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho.

2. - JUSTIFICATIVA

A presente aquisição se faz necessária devido ao fato de que há a construção da Unidade Básica de Saúde João Edmundo de Carvalho, sendo que a mesma se encontra em fase de acabamento e entrega a população. A Unidade contará um consultório odontológico completo para fornecer atendimento à população.

3. - QUANTITATIVO / ESPECIFICAÇÕES / VALORES REFERENCIAIS

3.1. - No quantitativo e especificações abaixo descritos.

Lote: 1 - Lote 001					
Item	Nome do equipamento	Quant	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-redutor. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação BiVolt Encosto da cabeça	1,00	UND	48.368,00	48.368,00

-Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro - Equipó Composição: -Seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. Caixa de ligação -Construída em ABS Corpo do equipo -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa triplice. Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do fluxo de água. Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620°. É leve,				
--	--	--	--	--

	possua alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira Equipo Unidade de Água Refletor				
TOTAL					48.368,00

3.2. - Empresas que participaram dos orçamentos:

EMPRESA	CNPJ
HOSPITRÔNICA COM. EQUIP. MED. HOSP. LTDA	17.737.428/0001-14
PRHODENT – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA	93.327.161/0001-75
J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA- EPP	84.972.926/0001-39

4. - LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇO

Local de Entrega: Diretamente na nova Unidade Básica de Saúde do João Edmundo de Carvalho,

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Vigência Contratual Prevista: 12 (doze) meses

5. - ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA

A entrega do objeto deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias, observado o disposto no parágrafo único do artigo 110 da Lei nº 8.666/93; após o recebimento da Ordem de Entrega expedida pelo Departamento responsável.

A entrega deverá ser de acordo estritamente com as especificações descritas no Termo de Referência, sendo de inteira responsabilidade a reposição do objeto que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas especificações.

6. - ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO OBJETO

O acompanhamento da entrega do objeto se dará pela Senhora Juliana da Silva Almeida, Chefe da Atenção Básica, nomeda pela Portaria 1280, de 08 de Março de 2023.

7. - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Departamento de Licitação e Contratos

Ibaiti – Paraná



Após solicitação formal da **CONTRATANTE**, através de emissão de requisição de compras da Prefeitura Municipal, o recebimento se efetivará nos seguintes termos:

- a. Provisoriamente para efeito de posterior verificação do objeto;
- b. Definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação pelo setor competente;

8. - DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS

Venho firmar que os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referência, foram por mim verificados e são verdadeiros.

9. - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O presente Termo de Referência fica vinculado ao Edital da Licitação, dele fazendo parte na íntegra e produzindo todos os efeitos legais decorrentes da futura contratação. As demais condições de contratação são estabelecidas nos documentos que compõem o presente procedimento administrativo.

Ibaiti, 10 de Agosto de 2023.

LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 020, de 05 de Janeiro de 2021

Aprovo o presente Termo de Referência:

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI - PR
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA/ MOD.	VL.UNIT	VL.TOTAL
01	Consultorio odontologico completo estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal pt- programação de trabalho. Vz- volta zero. Se- subida e descida do encosto. De- descido do encosto. Sa- subida do assento. Da- descida do assento. Ar- acionamento do refletor. -acionamento e ajuste de intensidade do refletor; - volta automática à posição zero; -subida e descida do assento e do encosto; -os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central: -em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -mínima de 450 mm. -máxima de 900 mm. Estofamento: -com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -eletromecânico acionado por moto-reductor. Apoio dos braços: -dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação bivolt. Encosto da cabeça: -removível, anatômico, com movimento biarticulável, ambidestro. Equipo composição: -seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa triplice -bico giratório removível e autoclavável. Mangueiras -lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -removível. Caixa de ligação -construída em abs c orpo do equipo -construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -frontal e central.	01	ALLIAGE /D700	R\$ 45.611,00	R\$ 45.611,00

Botão de acionamento do fluxo de água da cuba reservatório translúcido para: -água das peças de mão e seringa triplice. Ambidestro. unidade de água composição. Sugador: -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor 1 suctor de saliva a ar. Sistema bomba a vaco para acionamento automático do suctor mangueiras: -lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos sistema de regulagem da vazão da água -permite a regulagem fina do f luxo de água. Condutor de água bacia -pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -construída em tubo de aço e recoberta com material resistente botão de acionamento do f luxo de água da cuspeira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro refletor tecnologia de iluminação – led com sensor de proximidade foco de luz retangular cabeçote -em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições Puxadores -bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. - são removíveis e autoclaváveis. -o posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor frontal -removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Aparelho de profilaxia odontológica + ultrassom: voltagem bivolt. bandeja suporte para aparelho de ultrassom odontológico giratório. Bomba de vácuo odontológica: sistema de sucção odontologico de alta potência, indicado para até 5 consultórios simultâneos. tensão: bivolt (127/220v). motor: 1 hp. Compressor de ar: isento de óleo.				
---	--	--	--	--

capacidade de 40 litros.
pressostato com chave geral liga/desliga.
alimentação 220v.

Negatoscópio:
extremamente fino, compacto e leve.
extremamente fino, compacto e leve.
-dimensões do campo de luz: 200 x 300mm
tensão de alimentação bivolt.
sistema de suporte através de suporte. metálico
removível leve

Raio-x odontológico bivolt coluna móvel :
gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico
Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma
Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a
3,2s
Potência: 1330 va
Potência em stand by: 15va
Nº de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis:
vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto
focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação
anodo: 16º
Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de
fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o
equipamento está pronto para operar: sim
Cálculo de dose: sim

Mochão odontológico ergonômico :
2 mocho ergonômico .
estofamento em espuma
anatomica em injetada revestido em couro sintético de fácil
higienização. Com aro de apoio
para os pés. Ajustes em automático da altura do
encosto, sistema mais prático e resistente ao uso
frequente. Ajuste a gás/ pneu automático da altura do
assento, garantia de
ajuste milimétrico e confortável do assento.
Mecanismo com ajuste de ângulo/ inclinação do
encosto com
sistema de travamento em qualquer posição,
proporcionando apoio
permanente da região lombar. Rodízios duplos em
nylon.

Gaveteiro auxiliar com abas:
composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de
12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de
24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em
50cm.
cor branco.

**estrutura em mdf com revestimento
melamínico**

**puxadores modelo alpha , ponteiros cromados e
pintura epóxi.
gavetas em madeira.**

rodízios: em nylon rígido. com todo material de instalação. instalado Garantia: todo consultório com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem do consultório). Obs: consultorio entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.				
---	--	--	--	--

Londrina, 09 de Agosto de 2023

Validade: 60 dias


LEANDRO MARIA Assinado de forma digital
por LEANDRO MARIA
CLARO:06470099 CLARO:06470099947
947 Dados: 2023.08.09
17:57:34 -03'00'

HOSPITRONICA COM. EQUIP. MED. HOSP. LTDA

LEANDRO MARIA CLARO

Rep. Legal

CPF.: 064.700.999-47



PRHODENT - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA

CNPJ: 93.327.161/0001-75

INSC. ESTADUAL: 170/0002225

END: RUA EMÍLIO DE RÊ, Nº 40, CENTRO

BARÃO DE COTEGIPE RS

CEP: 99740-000

Fone/Fax: (54) 3523-1277 ou (54) 3523-1150

E-mail: prhodent@prhodent.com.br

Site: www.prhodent.com.br

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA 0132-5, CONTA 4597-7.

REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ALBERTO TRES - CPF 411.289.660-34 - RG1493685

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI PR

CNPJ: 09.421.426/0001-93

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Quant.	Unid.	Descrição do Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
------	--------	-------	----------------------	-------	----------------	-------------



1	1	CJ.	Consultório odontológico completo estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal pt- programação de trabalho. Vz- volta zero. Se- subida e descida do encosto. De- descida do encosto. Sa- subida do assento. Da- descida do assento. Ar- acionamento do refletor. -acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -volta automática à posição zero; -subida e descida do assento e do encosto; -os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central: -em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -mínima de 450 mm. máxima de 900 mm. Estofamento: -com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação - eletromecânico acionado por moto-reductor. Apoio dos braços: -dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação bivolt. Encosto da cabeça: -removível, anatômico, com movimento biarticulável, ambidestro. Equipos composição: -seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa triplice -bico giratório removível e autoclavável. Mangueiras -lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -removível. Caixa de ligação -construída em alis corpo do equipo -construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -frontal e central. Boião de acionamento do fluxo de água da cuba reservatório translúcido para: -água das peças de mão e seringa triplice. Ambidestro. - unidade de água composição. Sugador: -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor - 1 suctor de saliva a ar. Sistema bomba a vaco para acionamento automático do suctor mangueiras: -lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -com filtro de detritos e engate rápido. Cuba-profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos sistema de regulação da vazão da água -permite a regulação fina do fluxo de água. Condutor de água bacia -pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. - são removíveis e autoclaváveis. - o posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor frontal -removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.	OLSEN	R\$ 59.900,00	R\$ 59.900,00
2	1	CJ.	Aparelho de profilaxia odontológica + ultrassom: - voltagem bivolt.	SCHUSTER	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
3	1	UND.	- bandeja suporte para aparelho de ultrassom odontológico giratório.	PRISMA	R\$ 420,00	R\$ 420,00
4	1	UND.	Bomba de vácuo odontológica: - sistema de sucção odontológico de alta potência, indicado para até 5 consultórios simultâneos. - tensão: bivolt (127/220v). - motor: 1 hp.	SCHUSTER	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
5	1	UND.	Compressor de ar: - isento de óleo. - capacidade de 40 litros. - pressostato com chave geral liga/desliga. - alimentação 220v.	SCHUSTER	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
6	1	UND.	Negatoscópio: - extremamente fino, compacto e leve. - extremamente fino, compacto e leve. -dimensões do campo de luz: 200 x 300mm - tensão de alimentação bivolt. - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.	BIOTRON	R\$ 770,00	R\$ 770,00



7	1	UND.	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel: - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va N° de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: ±4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16° Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim Cálculo de dose: sim	XDENT	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
8	2	UND.	Mocho odontológico ergonômico: - 2 mocho ergonômico. - estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon.	-		
9	1	UND.	Gaveteiro auxiliar com abas: - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco. - estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha, ponteiros cromadas e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido. - com todo material de instalação. - instalado	-		
Valor Total da Proposta: R\$ 93.690,00 NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS						

A EMPRESA DECLARA QUE:

A validade da presente proposta é de 30 (trinta) dias.

O prazo de entrega não superior a 20 (vinte) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento e ou Nota de Empenho emitida pelo Setor de


O pagamento deve ser feito em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal.

Declaramos que assumimos o compromisso de fornecer o objeto nas condições especificadas.

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.



Barão de Cotequipe – RS. Dia 10 de Agosto de 2023.



PAULO ALBERTO TRES
Sócio Administrador

1770/00022251

PRHODENT-COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA

Rua Emílio De Ré, 40
CEP 99740-000

BARÃO DE COTEGUIPE-RS

193327161/0001-751

PRHODENT-COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES E DENTÁRIOS LTDA

Rua Emílio De Ré, 40
CEP 99740-000

BARÃO DE COTEGUIPE-RS





84.972.926/0001-39
ins. Est. 90535631-36
J. RIBEIRO COMERCIO
ATACADISTA LTDA - EPP
Rua. Paulo Brugin, 251
JD. Bela Suíça - CEP 86150-378
CAMBÉ - PR 43 3253-1380



Prefeitura do Município de Ibaiti PR.

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP

CNPJ: 84.972.926/0001-39/ IE: 905.35631-36

END RUA PAULO BRUGIN, Nº 251, JD BELA SUIÇA, CAMBÉ – PR

FONE: (43) 3253-1380 /EMAIL: jrubeiroatacadista@bol.com.br

BANCO BRASIL AG. 0768-4 C/C. 42841-8

ORÇAMENTO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	MARCA/MOD	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	Consultorio odontologico completo estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal pt- programação de trabalho. Vz- volta zero. Se- subida e descida do encosto. De- descida do encosto. Sa- subida do assento. Da- descida do assento. Ar- acionamento do refletor. -acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -volta automática à posição zero; -subida e descida do assento e do encosto; -os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central: -em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -mínima de 450 mm. -máxima de 900 mm. Estofamento: -com apoio lombar ressaltado, montado sobre	01	SANTAREM/ PHOENIX 1	R\$ 39.593,00	R\$ 39.593,00

J RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP CNPJ 84.972.926/0001-39 – IE 905.35631-36

RUA PAULO BRUGIN, Nº 251-FONE/FAX: (43) 3253-1380- JD BELA SUIÇA – CAMBÉ – PR

Emails: contratosjrubeiroatacadista@gmail.com/licitacoesjrubeiroatacadista@gmail.com/
comprasjrubeiroatacadista@gmail.com/faturamento@jrubeiroatacadista@gmail.com